



Vom Produktrückruf **betroffen**:  
ältere Chargen der Sterilisierbox  
«59S, Modell S2»

- Kein magnetisches Verschlussystem
- Goldene LED-Leuchten




Vom Produktrückruf **nicht** betroffen:  
neuere Chargen der Sterilisierbox  
«59S, Modell S2»


- Magnetisches Verschlussystem
- Silberne LED-Leuchten




- Blauschimmernde Line ist durchgehend:



- Blauschimmernde Linie ist nicht durchgehend:



- Auf der Verpackung fehlt folgendes Symbol:



- Auf der Verpackung folgendem Symbol gekennzeichnet:

