



Concernés par le rappel de produits: anciens lots de la boîte de stérilisation « 59S, modèle S2 »

- Pas de système de verrouillage magnétique
- Lumières LED dorées




Non concernés par le rappel de produits: lots les plus récents de la boîte de stérilisation « 59S, modèle S2 »

- Système de verrouillage magnétique
- Lumières LED argentées




- La ligne bleue chatoyante est partout



- La ligne bleue chatoyante n'est pas continue



- Le symbole suivant manque sur l'emballage:



- Symbole suivant marqué sur l'emballage:

