
**Verordnung des EJPD
über Messmittel zur Bestimmung des Alkoholgehalts
und der Alkoholmenge
(Alkoholbestimmungsverordnung, AlkBestV)**

Änderung vom ...

*Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
verordnet:*

I

Die Alkoholbestimmungsverordnung vom 5. Oktober 2010¹ wird wie folgt geändert:

Art. 11 Bst. b

Die Konformität von elektronischen Messmitteln mit den grundlegenden Anforderungen nach Artikel 10 wird mit den folgenden Verfahren nach Anhang 2 der Messmittelverordnung bewertet und bescheinigt:

- b. Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmässigen Abständen (Modul C2).

II

Diese Verordnung tritt am 20. April 2016 in Kraft.

...

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement:
Simonetta Sommaruga

¹ SR 941.210.2

